



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	福建省龙岩市中心血站
拟采购产品名称	一次性使用血液成分分离耗材
拟采购产品金额	3560000 元
采购项目所属项目名称	[A11080199]其他医用材料
采购项目所属项目金额	3560000 元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3.其他。	
<p>原因阐述: 1、管路为专机专用耗材 2、符合国家的相关法律法规、能够满足血小板采集的相关要求,采集过程中需充分考虑献血者的安全,满足临床使用者对于血小板的要求。3、是目前最安全、高效的机器,他们独有的安全盒设计,通过限制最大离体血量等参数,最大程度降低了献血员出现不良反应的概率,为采血者提供了安全的献血环境。4、由于技术原因,国内暂无其他厂家能够生产出来相关的机器配套管路。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em; color: black;">该耗材为专机专用耗材,且国内暂无其他厂家能够生产,所以同意购买进口产品。</p> <p style="text-align: right;">专家签字 </p> <p style="text-align: right;">2022年7月29日</p>	

备注:专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证;参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	福建省龙岩市中心血站
拟采购产品名称	一次性使用血液成分分离耗材
拟采购产品金额	3560000 元
采购项目所属项目名称	[A11080199]其他医用材料
采购项目所属项目金额	3560000 元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3.其他。	
<p>原因阐述: 1、管路为专机专用耗材 2、符合国家的相关法律法规、能够满足血小板采集的相关要求,采集过程中需充分考虑献血者的安全,满足临床使用者对于血小板的要求。3、是目前最安全、高效的机器,他们独有的安全盒设计,通过限制最大离体血量等参数,最大程度降低了献血员出现不良反应的概率,为采血者提供了安全的献血环境。4、由于技术原因,国内暂无其他厂家能够生产出来相关的机器配套管路。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">经本单位拟采购的一次性使用血液成分分离耗材不属于《中国禁止进口限制进口技术目录》《禁止进口货物目录》中所禁止或限制的范围,符合政府采购进口产品的规定。</p> <p style="text-align: right;">专家签字 </p> <p style="text-align: right;">2022年3月29日</p>	

备注:专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证;参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	福建省龙岩市中心血站
拟采购产品名称	一次性使用血液成分分离耗材
拟采购产品金额	3560000 元
采购项目所属项目名称	[A11080199]其他医用材料
采购项目所属项目金额	3560000 元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3.其他。	
<p>原因阐述: 1、管路为专机专用耗材 2、符合国家的相关法律法规、能够满足血小板采集的相关要求,采集过程中需充分考虑献血者的安全,满足临床使用者对于血小板的要求。3、是目前最安全、高效的机器,他们独有的安全盒设计,通过限制最大离体血量等参数,最大程度降低了献血员出现不良反应的概率,为采血者提供了安全的献血环境。4、由于技术原因,国内暂无其他厂家能够生产出来相关的机器配套管路。</p>	
三、专家论证意见	
<p>该管路为进口设备专用。国内暂无厂家能够生产出来相关的设备配套管路。</p> <p>本人拟采购一次性使用血液成分分离耗材。</p> <p style="text-align: right;">专家签字 <i>李宜敏</i></p> <p style="text-align: right;">2022年3月29日</p>	


备注:专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证;参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	福建省龙岩市中心血站
拟采购产品名称	一次性使用血液成分分离耗材
拟采购产品金额	3560000 元
采购项目所属项目名称	[A11080199]其他医用材料
采购项目所属项目金额	3560000 元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3.其他。	
<p>原因阐述: 1、管路为专机专用耗材 2、符合国家的相关法律法规、能够满足血小板采集的相关要求,采集过程中需充分考虑献血者的安全,满足临床使用者对于血小板的要求。3、是目前最安全、高效的机器,他们独有的安全盒设计,通过限制最大离体血量等参数,最大程度降低了献血员出现不良反应的概率,为采血者提供了安全的献血环境。4、由于技术原因,国内暂无其他厂家能够生产出来相关的机器配套管路。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">鉴于采购单位采购的一次性使用血液成分分离耗材为专机专用耗材,目前,国内无同类产品替代;为保证单采血小板采集过程的安全、高效,减少不良反应事件发生;建议采购进口一次性使用血液成分分离耗材。</p> <p style="text-align: right;">专家签字 <u>李光和</u></p> <p style="text-align: right;">2022年3月29日</p>	

备注:专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证;参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	福建省龙岩市中心血站
拟采购产品名称	一次性使用血液成分分离耗材
拟采购产品金额	3560000 元
采购项目所属项目名称	[A11080199]其他医用材料
采购项目所属项目金额	3560000 元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3.其他。	
<p>原因阐述: 1、管路为专机专用耗材 2、符合国家的相关法律法规、能够满足血小板采集的相关要求,采集过程中需充分考虑献血者的安全,满足临床使用者对于血小板的要求。3、是目前最安全、高效的机器,他们独有的安全盒设计,通过限制最大离体血量等参数,最大程度降低了献血员出现不良反应的概率,为采血者提供了安全的献血环境。4、由于技术原因,国内暂无其他厂家能够生产出来相关的机器配套管路。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">龙岩市中心血站拟采购的一次性使用血液成分分离 耗材是进口对现有设备专机专用耗材,且国内暂无厂家生 产相关专用耗材,同意采购进口产品。</p> <p style="text-align: right;">专家签字 </p> <p style="text-align: right;">2022年3月29日</p>	

备注:专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证;参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。